

DR保守点検業務仕様書

保守業務は当該装置を常に安全かつ正常に保つため、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。

1 施設名及び所在地

施設名	岩手県立磐井病院	所在地	岩手県一関市狐禅寺字大平17番地
-----	----------	-----	------------------

2 保守点検対象装置

機種名・型式	数量	メーカー
富士デジタル線画像読取システム 年間総合保守 【内訳】 〈富士デジタルラジオグラフィシステム〉 1. CALNEO C 1717 2台 2. CALNEO Smart G47 4台 3. CALNEO Smart G77 4台 4. CALNEO Smart C12 2台 5. CALNEO Smart C47 1台 6. Console Advance(MOBILE仕様) 2台 7. Smartモバイル用APキット 2台 8. FPD特約+2f 一式 〈富士デジタルマンモグラフィシステム〉 9. AMULET Innovality Type tomo 1台 10. AWS-h(FDR-3000AWS) 1台 11. AWS用追加5Mモニター 1台 12. FS(Fit-Sweet)圧迫板 1台 〈回診用X線撮影装置〉 13. DR CALNEO Go PLUS 1台	1式	富士フィルムメディカル(株)

3 保守内容

項目	実施	摘要
定期点検	○	・内訳1～6の装置 年1回実施 ・内訳9～11及び13の装置 年2回実施 ※定期交換部品、基本料、技術料、出張料含む ※平日(月～金)営業時間帯に実施
オンコール保守	○	・基本料金、技術料、出張料含む ※保守受付時間帯 月～土8:00～20:00
リモートメンテナンス	○	・内訳9～10の装置 ※リモート定期点検(年12回実施)
部品保証	○	・内訳1～7の装置 品質起因による故障は全額保証 ・内訳8(1.CALNEO Smart G47&4.CALNEO Smart C12&5.CALNEO Smart C47)の装置 総台数の内2枚/年まで過失故障を全保証 ・内訳9、12の装置 全額保証 ・内訳13の装置 管球を除き全額保証

4 定期点検作業日

実施時期は病院と協議のうえ決定するものとする。

5 実施報告

・受託者は保守点検作業終了後、速やかに点検報告書を作成し、病院へ提出するものとする。

6 個人情報の保護

・個人情報を第三者に利用させ、若しくは開示・漏洩してはならないものとする。但し、業務遂行上での必要性が生じた時には、病院職員の許可を得てから行うものとする。

7 その他

・本仕様書の内容で疑義が生じた場合、又は、本仕様書に記載のない事項については誠意をもって協議し解決するものとする。