

# DR保守点検業務仕様書

保守業務は当該装置を常に安全かつ正常に保つため、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。

## 1 施設名及び所在地

施設名	岩手県立大東病院	所在地	岩手県一関市大東町大原字川内128番地
-----	----------	-----	---------------------

## 2 保守点検対象装置

機種名・型式	数量	メーカー
富士デジタルx線画像診断装置CALNEO Smartシステム 年間総合保守Type RD+1  【内訳】 1. CALNEOSmart S77 1台 2. CALNEOSmart S47 1台 3. CALNEOSmart C12 1台 4. Smart MP 2台 5. Console Advance 1台 6. Console Advance (MOBILE仕様) 1台 7. Smartモバイル用APキット 1台	1式	富士フィルムメディカル(株)

## 3 保守内容

項目	実施	概要
定期点検	○	年1回実施 ※定期交換部品、基本料、技術料、出張料含む ※平日(月～金)9:00～17:40の時間帯に実施
オンコール保守	○	基本料金、技術料、出張料含む ※対応時間帯 月～土8:00～20:00
リモートメンテナンス	○	リモート定期点検(年12回実施)
部品保証	○	・CALNEO Smart以外(バッテリーは除く)全額保証 ・CALNEO Smartパネル部自然故障(落下等)交換部品 年間1回迄全額。以降部品価格の半額迄保証。

## 4 定期点検作業日

実施時期は病院と協議のうえ決定するものとする。

## 5 実施報告

・受託者は保守点検作業終了後、速やかに点検報告書を作成し、病院へ提出するものとする。

## 6 個人情報の保護

・個人情報を第三者に利用させ、若しくは開示・漏洩してはならないものとする。但し、業務遂行上の必要性が生じた時には、病院職員の許可を得てから行うものとする。

## 7 その他

・本仕様書の内容で疑義が生じた場合、又は、本仕様書に記載のない事項については誠意をもって協議し解決するものとする。